

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания тендерной комиссии КГП «Областная клиническая больница» УЗКО (далее по тексту – ОКБ) по подведению итогов тендера по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 22.12.2022 г.

КГП «Областная клиническая больница» УЗКО

20.01.2023 г.

Закуп в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее по тексту - Правила) способом проведения тендера Глава 9-1 Правил:

Тендерная комиссия ОКБ в составе:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Нурлыбаев Е. Ш. | Директор, председатель тендерной комиссии; |
| 2. Гатин Р. Ф. | Заместитель директора по медицинской части; |
| Члены комиссии: | |
| 3. Сыздыкова А.К. | Начальник отдела государственных закупок, член тендерной комиссии; |
| 4. Агибаев А. С. | Юристоконсульт, член тендерной комиссии; |
| 5. Цхай Б. В. | Руководитель хирургической службы; |
| 6. Штенская Н. И. | Специалист по государственным закупкам, секретарь. |

11.01.2023 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: 233 309 957,83 тенге.

№ лота	Наименование	Кол-во	Стоимость (тенге)	Общая сумма
1	Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных	8	17 500 000,00	140 000 000,00
2	Обогреватель медицинский для новорожденных	1	4 954 483,87	4 954 483,87
3	Видеоларингоскоп	1	3 980 000,00	3 980 000,00
4	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями	2	10 965 736,98	21 931 473,96
5	Светильник хирургический светодиодный	2	10 630 000,00	21 260 000,00
6	Консоль медицинская для подвода медицинских газов и	3	11 078 000,00	33 234 000,00

	подключения аппаратуры с принадлежностями			
7	Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии с принадлежностями	5	1 590 000,00	7 950 000,00

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Қасиет-Фарм», г. Караганда, р-он им. Казыбек Би, ул. Четская, д. 6 кв.1. заявка предоставлена 10.01.2023 г. 17:36 часов на лот(ы): 1,4,5,6.
2. ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ыбырай Алтынсарина 15 А, каб. 8. заявка предоставлена 11.01.2023 г. в 11:09 часов на лот(ы): 1,5.
3. ТОО «Kaz-Pharm (Как Фарм)», г. Нур-Султан р-н Есиль, ул. 38, д. 27. кв.10. заявка предоставлена 30.12.2022 г. в 14:15 часов на лот(ы): 3.
4. ТОО «GM Medical» г. Астана, пр. Улы Дала, дом 11, офис 45. заявка предоставлена 10.01.2023 г. в 15:23 часов на лот(ы): 1.

В соответствии с пунктом 130-10 главы 9-1 Правил ОКБ по закупу были привлечены эксперты в составе:

1. Начальник технического отдела ОКБ - Фазлыев Р.И.
2. Заведующий отделением ОКБ - Саяхова А.Е.
3. Заведующий отделением ОКБ – Панибратец Л.Г.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкам, которые были зачитаны при вскрытии конвертов с тендерными заявками в присутствии комиссии, потенциальных поставщиков и их представителей.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: сроки поставки, условия платежа, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим требованиям Правил и тендерной документации закупки РЕШИЛА:

1. В соответствии с подпунктами 7), 10) пункта 130-38 параграфа 4 главы 9-1 Правил отклонены тендерные заявки потенциальных поставщиков по лоту(ам):
 - ТОО «Kaz-Pharm (Как Фарм)» лот №3 в технической спецификации к тендерной заявке не указана модель, наименования производителя, страны МИ.
 - ТОО «GM Medical» лот №1 согласно экспертного заключения техническая спецификация к тендерной заявке не соответствует требованиям технической спецификации к тендерной документации по закупке.
 - ТОО «Қасиет-Фарм» лот №1 согласно экспертного заключения техническая спецификация к тендерной заявке не соответствует требованиям технической спецификации к тендерной документации по закупке.
 - ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» лоты №1 в технической спецификации к тендерной заявке не указана модель, наименования производителя, страны МИ.
2. В соответствии с подпунктом 12) пункта 130-38 параграфа 4 главы 9-1 Правил отклонены тендерные заявки потенциальных поставщиков по лоту(ам):

ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» лоты №5: техническая спецификация к тендерной заявке не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье.

3. В соответствии с подпунктом 1) пункта 130-42 Правил признать закуп по лотам № 2,7 несостоявшимся по причине отсутствия тендерных заявок.
4. В соответствии с подпунктом 2) пункта 130-42 Правил признать закуп по лотам № 1,3 несостоявшимся по причине отклонения всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.
5. В соответствии с пунктом 130-43 Правил по лотам № 4,5,6 признать победителям закупа ТОО «Қасиет-Фарм» *(п. 130-43 Правил Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил).*
6. В соответствии с пунктами 130-45, 130-46 главы 9-1 Правил секретарю комиссии в срок до 23.01.2023 г. разместить настоящий протокол итогов закупа на интернет-ресурсе ОКБ.
7. Отделу государственных закупок в срок до 30.01.2023 г. направить победителю ТОО «Қасиет-Фарм» подписанный договор закупа.

Приложения:

- 1) Экспертные заключения на 7 листах.

Председатель тендерной комиссии

Нурлыб

Заместитель председателя
тендерной комиссии

Гатин Р. Ф.

Члены тендерной комиссии

Сыздыкова А.К.

Агцбаев А. С.

Цхай Б. В.

Секретарь тендерной комиссии

Штенская Н. И.



Экспертное заключение

Лот №1 «Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных».

По лоту №1 представлены три заявки потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Касиет-Фарм»;
2. ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»;
3. ТОО «GM Medical».

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

1. ТОО «Касиет-Фарм» - представлено оборудование «Система дыхательная назальная nCPAP для новорожденных medin –NC3 с принадлежностями. РК-МТ-5№021348 от 03.11.20 г. Medin Medical Innovations GmbH, Германия».

Время вдоха 0,2 до 3 секунд. (заявленная 0,1-3,0 сек.)

Отсутствует режим двухфазовой триггерной вентиляции.

Аппарат по техническим параметрам не соответствует заявленной технической спецификации

2. ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» - представлено оборудование «Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP. РК-МТ-5№020684 Vyaire Medical, Inc. Соединённые Штаты Америки».

Аппарат по техническим параметрам соответствует заявленной технической спецификации, однако Поставщик предоставил техническую спецификацию не соответствующую требуемой тендерной документацией и настоящих правил, а именно отсутствует наименование МИ, наименование производителя и страны изготовителя.

3. ТОО «GM Medical» - представлено оборудование «Аппарат искусственной вентиляции легких LYRA (модель *1) РК-МТ-5№021200 от 08.10.2020 г. aXcent medical GmbH.

Lyra (модель x1) является универсальным аппаратом искусственной вентиляции легких с функцией NIV, а не изолированной системой неинвазивной вентиляции легких у новорожденных.

Отсутствует режим двухфазовой триггерной вентиляции

Время вдоха 0,2 до 10 секунд. (заявленная 0,1-3,0 сек.)

Аппарат по техническим параметрам не соответствует заявленной технической спецификации

Лот №3 «Видеоларингоскоп».

По лоту №3 представлена одна заявка потенциального поставщика:

1. ТОО «Kaz-Pharm»

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

1. ТОО «Kaz-Pharm» представлено оборудование Видеоларингоскоп РК-МИ(МТ) №023109. Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd, Китай.

Аппарат по техническим параметрам соответствует заявленной технической спецификации, однако Поставщик предоставил техническую спецификацию не соответствующую требуемой тендерной документацией и настоящих правил, а именно отсутствует наименование МИ, наименование производителя и страны изготовителя

В ценовом предложении поставщиком указано несколько моделей аппарата в связи, с чем не представляется возможным определить конкретную модель.

Лот № 4 «Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями».

По лоту №4 представлена одна заявка потенциального поставщика:

1. ТОО «Қасиет-Фарм».

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

ТОО «Қасиет-Фарм» представлено оборудование «Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения UniBase 30 РК-МТ-5№021714» соответствует заявленной технической характеристике.

Лот № 5 «Светильник хирургический светодиодный»

По лоту №5 представлены две заявки потенциальных поставщиков:

1. ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»;
2. ТОО «Қасиет-Фарм»

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN» представлено оборудование «Светильник хирургический светодиодный» РК-МТ-0№022479, Завод "ЭМА" Россия, Дата регистрации 24.01.2022 года, Дата истечения бессрочно.

Не соответствует заявленной технической характеристике: в таблице цен не указана модель светильника. Отсутствует марка и модель, а также не указан производитель медицинской техники. Согласно регистрационному удостоверению № РК-МТ-0№022479 зарегистрированы более 20 моделей светильников хирургических ЭМАЛЕД, которые имеют различающиеся характеристики. Однако участник тендера не конкретизирует какую модель предлагает на тендер. Кроме того, данные в технической спецификации потенциального поставщика не соответствуют данным регистрационного удостоверения. Так, например, диапазон регулирования яркости в технической спецификации 5-100%, в РУ диапазон указан меньше, 30-100%; глубина освещенности (20%) 1200 мм. (60%) 600 мм. при этом в РУ указаны другие данные для блоков освещения 600, 600 НП-450 мм. для блоков 400, 400НП, 200-650 мм. В технической спецификации указано количество 5 уровней яркости, при этом в РУ данный параметр вообще отсутствует. В технической спецификации полная облученность указана 460 Вт/м², в РУ 1000 Вт/м². Наличие дополнительного купола светильника в РУ не подтверждается. Ключевым моментом является то, что потенциальным поставщиком не конкретизирована предлагаемая модель светильника хирургического ЭМАЛЕД, в этой связи многие параметры, указанные в технической спецификации, не соответствуют данным в регистрационном удостоверении, а ряд параметров отсутствует (количество уровней регулировки яркости, количество степеней вращения лампы).

Таким образом, имеются не соответствия поданной технической спецификации и краткой технической характеристики заявленной медицинской техники на сайте dari.kz

Светильник хирургический светодиодный РК-МТ-0№022479, Завод "ЭМА" Россия имеет несоответствие - техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье.

2. ТОО «Қасиет-Фарм» представлено оборудование «Светильник хирургический светодиодный HyLED, вариант исполнения HyLED 600/600 РК-МТ-5№021871 от 26.01.2021 г. NANJIN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай». Полностью соответствует по всем параметрам заявленной технической спецификации.

Лот № 6 «Консоль медицинская для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры с принадлежностями».

По лоту №5 представлена одна заявка потенциального поставщика:

1. ТОО «Касиет-Фарм».

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

ТОО «Касиет-Фарм» представлено оборудование «Консоль медицинская HyPort, для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры, варианты исполнения: HyPort 3000 с принадлежностями РК-МТ-5 №021882, NANJIN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., Китай», соответствует заявленной технической характеристике.

Начальник технического отдела  Фазлыев Р. И.

Заведующая отделением ОАРИТ ПЦ1  Саяхова А. Е.

Заведующая отделением ОРИТН ПЦ2  Панибратец Л. Г.