

Экспертное заключение

Лот №1 – Монитор пациента в комплекте с принадлежностями.

Представлена одна заявка потенциального поставщика ТОО «Қасиет-Фарм».

Наименование по регистрационному удостоверению: Монитор пациента IMEC 12 в комплекте с принадлежностями.

Производитель: Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co.,Ltd, Китай.

РК - (МИ) МТ-№013072

Дата регистрации 14.10.2021 года

Дата истечения Бессрочно

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

Аппарат по техническим параметрам *соответствует* заявленной технической спецификации.

Лот №2 – Инфузомат.

По лоту №2 представлены две заявки потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Қасиет-Фарм».
2. ТОО «DISmed»

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

1. ТОО «Қасиет-Фарм Шприцевой насос BeneFusion в исполнении SP5 с принадлежностями. Производитель медицинского оборудования: Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co.,Ltd, Китай, РК-МТ 5№016484, дата регистрации 11.04.2022 года, дата истечения: бессрочно.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

Аппарат по техническим параметрам *соответствует* заявленной технической спецификации

2. ТОО «DISmed» Перфузор компакт плюс (Perfusor®Compact plus) № РК-МТ-5№017356 от 19.05.2022г до бессрочно В.Braun Melsungen AG, Германия.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы.

Имеют место отклонения по следующим параметрам:

- Размер дисплея составляет 2,4 дюйма, согласно требованиям к комплектации размер должен быть не менее 3,5 дюймов.
- Количество записей журнала 1000, согласно требованиям к комплектации архив должен включать не менее 2000 записей. Нет информации о возможности передачи информации на ПК.
- Скорость непрерывной инфузии в соответствии с размером используемого шприца ниже, чем указано в требованиях к комплектации.
- Отсутствует информация о наличии датчика потока инфузии.

Аппарат по техническим параметрам *не соответствует* заявленной технической спецификации.



Лот №3 – Дефибриллятор-монитор.

Представлена одна заявка потенциального поставщика ТОО «Медико-инновационные технологии».

Регистрационное наименование: дефибриллятор – монитор Cardioline серии TEC 5600, вариант исполнения: TEC- 5621.

Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония.

Регистрационный номер: РК-МТ-5№016668 от 19.07.2022г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

Аппарат по техническим параметрам *соответствует* заявленной технической спецификации.

И.о заведующего ОРИТ ТЦ

(Врач анестезиолог реаниматолог)



Собянин А.В