

ПРОТОКОЛ № 2

заседания тендерной комиссии КГП «Областная клиническая больница» УЗКО (далее по тексту – ОКБ) по подведению итогов тендера по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи к объявлению №26 от 16.04.2024 г.

г. Караганда

16.05.2024 г.

1. Тендерная комиссия ОКБ в составе:

1) Председатель тендерной комиссии:

- Нурлыбаев Е. Ш. – директор.

2) Заместитель председателя тендерной комиссии:

- Гатин Р. Ф. – заместитель директора по медицинской части.

3) Члены комиссии:

- Сыздыкова А.К. – начальник отдела государственных закупок;

- Агибаев А.С. – юристконсульт;

- Шеколенко П. Н. – начальник технического отдела

4) Секретарь тендерной комиссии:

- Штенская Н. И. – специалист государственных закупок.

2. Сумма, выделенная для закупки 4 969 612,00 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) в тенге по каждому лоту отдельно:

Номер лота	Наименование медицинских изделий и лекарственных средств	Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств	Объем	Сумма, выделенная для закупа (тенге)	Место поставки	Срок и условия поставки
1	Оптика 30°, 10 мм к жесткому эндоскопу KARL STORZ	Оптика 30° жесткая со стеклянными линзами, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный. Поле зрения, градусов - не более 78 и не менее 70, направление наблюдения, градусов - 30 (строгое соответствие), ширина рабочей части, мм - не более 10,5 и не менее 9,5, рабочая длина, мм- не более 315 и не менее 310, наличие встроенного фиброволоконного световода, наличие соединения световода перпендикулярно продольной оси оптики, наличие адаптера для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ, наличие адаптера для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf, наличие маркировки диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы, на оптику должна быть нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номера оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики, наличие цветовой маркировка направления наблюдения оптики, наличие сапфирового стекла на дистальном конце оптики, наличие анти-рефлексного внутреннего покрытия, наличие стерилизация в автоклаве, совместимость с 4К.	2	4 969 612,00	г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а, КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области	по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней)

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование, адрес потенциальных поставщиков
1.	ТОО «Inayat Ltd», г. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Желтоксан, строение 15.
2.	ТОО «DISmed», г. Караганда, ул. Бадина, д. 29,
3.	ИП ТД «Медтехника QAZAQSTAN», г. Кокшетау, ул. Ыбырай Алтынсарина 15 А, каб.8.

